Accu-Chek Insight

Ampul vervangen

- Gebruik altijd een nieuwe adapter als u de ampul vervangt.
- Er bevindt zich een naald in het midden van de adapter.
- Insulinetoediening kan alleen worden gegarandeerd als deze naald loodrecht in het midden van de ampul wordt geplaatst **(zie stap 11)**.
- Koppel de infusieset altijd af van het lichaam voordat u de ampul vervangt.
- Als er (b.v. voor trainingsdoeleinden) een lege ampul in de insulinepomp is geplaatst, geeft de insulinepomp de ingestelde insulinetoedieningen (vullen van de infusieset, basale dosering en bolustoedieningen) weer. Zelfs als er, omdat de ampul leeg is, geen insuline wordt toegediend.
- Als een onjuist type ampul wordt geselecteerd, kan dit leiden tot een te lage of te hoge toediening van insuline.

Stap 1: Ampul verwijderen

1

Druk in het statusscherm op ◘.

2

Het hoofdmenu Menu verschijnt. Druk op ▼ om naar Ampul en infusieset te gaan. Druk op ◘ om dit te selecteren.

3

Het menu Ampul en infusieset verschijnt. Druk op ◘ om Ampul vervangen te selecteren.

4

Het scherm Ampul vervangen verschijnt.

5

Houd de insulinepomp rechtop. Draai de adapter met de slang linksom.

6

Verwijder de adapter met de ampul als u een hoek van circa 120° heeft bereikt.

7

Belangrijk: Druk op ◘ om te bevestigen dat u de adapter en de ampul heeft verwijderd. De insulinepomp start automatisch met het terugdraaien van de aandrijfstang.

> **Als de aandrijfstang niet wordt teruggedraaid, kan uw insuline-pomp of ampul worden beschadigd.**

8

9

Als de insulinepomp gereed is met het terugdraaien van de aandrijfstang, krijgt u de aanwijzing om de nieuwe ampul te plaatsen en de adapter aan te sluiten.

> **Plaats alleen een nieuwe ampul, als het scherm Plaats nieuwe ampul en sluit de adapter aan verschijnt.**

Belangrijk!

- Controleer altijd de ampul, met inbegrip van de rubber zuiger aan de onderkant van de ampul. De ampul niet gebruiken als er beschadiging of lekkage te zien is of als de rubber zuiger tot voorbij de witte band aan de onderkant van de ampul is opgetrokken. Dit kan namelijk veroorzaakt zijn door het lekken van insuline. Denkt u dat de ampul beschadigd is, stuur deze dan terug naar uw leverancier.
- Gebruik nooit een ampul die is gevallen, beschadigd of gebarsten.

Stap 2: Nieuw ampul plaatsen

Zorg ervoor dat de ampul en de insuline op kamertemperatuur zijn.

10

Zorg ervoor dat u de insulinepomp rechtop houdt. Plaats de ampul – de zuiger eerst – in het ampulcompartiment.

JUIST

Zorg ervoor dat de ampul correct is geplaatst. Als de ampul niet zoals weergegeven is geplaatst, moet u de **stappen 1 t/m 7 controleren**.

ONJUIST

Druk de ampul niet verder in de insulinepomp, als de ampul uit de insulinepomp steekt. Anders kan de insulinepomp of de ampul beschadigd worden. Zorg ervoor dat de aandrijfstang volledig is teruggedraaid. Als de aandrijfstang niet volledig is teruggedraaid, moet u contact opnemen met de Accu-Chek Diabetes Service van Roche Diabetes Care.

11

Plaats een nieuwe adapter op de uitsparing van de bajonetsluiting van het ampul-compartiment. Zorg ervoor dat u de adapter onder een rechte hoek (90°) in de uitsparing van de behuizing van de insulinepomp plaatst. Anders kan de naald worden verbogen.

JUIST

Plaats de adapter **uitsluitend zoals beschreven in stap 11** op de uitsparing van de bajonetsluiting van het ampulcompartiment.

ONJUIST

Plaats de adapter **niet op de uitsparing** van de bajonetsluiting van het ampulcompartiment, als de adapter niet is geplaatst, zoals beschreven in **stap 11**.

12

Draai de adapter rechtsom tot dit niet verder gaat. De adapter is correct geplaatst als deze op één lijn ligt met de behuizing van de insulinepomp. Druk vervolgens op ◘ om dit te bevestigen.

13

Het scherm Type ampul verschijnt. Druk op ▲ of ▼ om het juiste type ampul te kiezen. Druk op ◘ om dit te selecteren.

14

Controleer of de infusieset afgekoppeld is. Druk op ◘ om dit te bevestigen.

15

De insulinepomp detecteert de positie van de zuiger in de ampul.

16

De insulinepomp voert vervolgens een functietest uit.

17

Na de functietest keert de insulinepomp terug naar het menu Ampul en infusieset. Slang vullen wordt automatisch geselecteerd.

Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK INSIGHT zijn handelsmerken van Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Alle rechten voorbehouden.

Roche Diabetes Care
Postbus 1450
1300 BL Almere

www.accu-chek.nl

Laatste update: 05/2016