Accu-Chek® Multiclix
In drie stappen sneller, eenvoudiger en veiliger prikken

Prikken in drie stappen

Aanspannen
- Druk de aanspanknop naar beneden.
- Als de prikpen aangespannen is, wordt de transparante ontspanknop geel.

Prikken
- Druk de pen stevig tegen de zijkant van uw vingertop en druk op de ontspanknop.

Doordraaien
- Om het lancet te vervangen, draait u de aanspanknop in de richting van de pijl tot deze niet meer verder kan en draai hierna weer terug naar de beginstand.
- Het cijfer in het venster van de aanspanknop geeft het aantal resterende lancetten aan.

Prikdiepte instellen

- Kies de juiste prikdiepte door aan de instelring te draaien.
- Als u de Accu-Chek Multiclix prikpen voor het eerst gebruikt, begin dan met stand 1.

U bent klaar om te prikken:
aanspannen, **prikken** en **doordraaien**

De Accu-Chek Multiclix is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikpen mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voorzieningen ter voorkoming van infectiegevaar getroffen zijn.

Accu-Chek® Multiclix
Lancettenhouder vervangen

Lancettenhouder plaatsen

A Pak de dop bij de inkeping en trek hem eraf.

B Plaats de lancethouder in de Accu-Chek Multiclix prikpen met de blauwe ring naar voren.

- Duw de houder aan tot u een klik hoort.
- Doe daarna de dop weer op de pen.

Lancettenhouder vervangen

C Als het cijfer 1 in het venster verschijnt, is het laatste lancet in gebruik.

D Vervang de houder nadat u het laatste lancet hebt gebruikt.

A Verwijder hiervoor de dop en haal de gebruikte houder uit de pen. Een rode streep op de houder geeft aan dat een lancethouder al is gebruikt.

- U kunt de gebruikte houder weggooien met het huishoudelijk afval.

Accu-Chek® producten

Accu-Chek Mobile | Accu-Chek Aviva | Accu-Chek Aviva Nano

Let op!
Een lancettenhouder die uit de prikpen is verwijderd, kan niet worden herplaatst.

1-2010

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MULTICLIX zijn handelsmerken van Roche.
© 2010 Roche

www.accu-chek.nl
0800 - 022 05 85
Roche Diagnostics
Postbus 1007
1300 BA Almere

Roche

ACCU-CHEK®