De Accu-Chek® Spirit Combo insulinepomp koppelen aan de meter

ACCU-CHEK® Combo

Als je de meter tezamen met de Accu-Chek® Spirit Combo insulinepomp hebt aangeschaft, zijn de twee apparaten reeds gekoppeld. Dat is nu echter nog niet het geval. Indien nodig, kun je de Accu-Chek® Spirit Combo insulinepomp koppelen met de Accu-Chek® Aviva Combo bloedglucosemeter. Leg beide apparaten op een vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een tafel) zodat de displays van beide apparaten duidelijk zichtbaar zijn. De koppelingsprocedure dient niet te worden uitgevoerd in een omgeving met veel mensen, omdat het signaal van andere elektronische apparaten de verbinding zou kunnen storen.

Procedure voor het uitvoeren van de koppeling

1.

BLUETOOTH
INSTELLINGEN

- Druk op om naar de displayweergave BLUETOOTH INSTELLINGEN te gaan.

2.

BLUETOOTH
AAN

- Druk op om de displayweergave AAN/UIT te selecteren.
- Druk op of om de Bluetooth® functie in te schakelen.

3.

GEKOPP. APPARAAT
DM_574328192

- Druk op om de displayweergave GEKOPP. APPARAAT weer te geven.

OPMERKINGEN

- Als Bluetooth® is uitgeschakeld, kun je niet in het menu Apparaat gekoppeld komen.

4.

GEKOPP. APPARAAT
GEEN

Pompdisplay



Meterdisplay

- Als op de display van de pomp wordt aangegeven, dat er voor een koppeling geen apparaat beschikbaar is, zet de meter in de koppel-modus door ingedrukt te houden en gelijktijdig op te drukken.

5.

APPARAAT TOEV.
START KOPPELEN

✔ STARTEN

- Druk op de toets op de pomp voor weergave van de displayweergave APPARAAT TOEV. en druk op om het koppelen te starten.

6.

APPARAAT TOEV.

>>DM_574328192

Pompdisplay

Meterdisplay

- De pomp begint met zoeken en geeft, als de meter is gedetecteerd, het serienummer van de meter op de display weer. (Deze procedure kan enkele minuten duren.)

  Druk op of om het nummer, dat ook op de display van je meter wordt weergegeven, te selecteren.

  Druk op de pomp op om te bevestigen, dat je een koppeling met de meter tot stand wilt brengen.

7.

APPARAAT TOEV.
PINCODE INVOEREN
771 242 9832
OP METER

Pompdisplay

Meterdisplay

- De meter start de koppelingsprocedure en geeft een 10-cijferige code weer. Voer deze code in op de display van de meter door middel van ▲ en ▼ en vervolgens .
  Bevestig de volledige code met .

8.

- Als de koppeling is voltooid, druk je op om de meter uit te zetten.

9.

APPARAAT GEKOPP.
DM_574328192

- Op de pomp verschijnt nu de displayweergave APPARAAT GEKOPP. Druk op om de koppeling te bevestigen.

10.

GEKOPP. APPARAAT
DM_574328192

- De pomp geeft de displayweergave GEKOPP. APPARAAT weer. Door op te drukken kun je terugkeren naar de displayweergave RUN.

OPMERKINGEN

- Als het koppelen bij de eerste poging mislukt, wacht enige minuten, voordat je de procedure in een veilige omgeving of een omgeving met minder mensen herhaalt.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO en ACCU-CHEK AVIVA COMBO zijn handelsmerken van Roche. © 2017 Roche Diabetes Care. Alle rechten voorbehouden.

Roche Diabetes Care ▪ Postbus 1450 ▪ 1300 BL Almere
www.accu-chek.nl

8446083001 11/2017