# Instellen taal vervangende Accu-Chek Combo insulinepomp

Voordat je bijgaande insulinepomp gaat gebruiken, is het belangrijk om de insulinepomp in te stellen op de door jouw gewenste taal. Je doet dit in het menu **Pump settings**.

**1.**

Druk op om naar de display-weergave **PUMP SETTINGS** te gaan.

Druk op om deze te selecteer en.

**2.**

Druk op om naar de display-weergave **LANGUAGE** te gaan.

Druk op of om Nederlands te selecteren.

Druk op om deze instelling op te slaan en af te sluiten.

**Belangrijk:**
De geleverde insulinepomp staat ingesteld op de standaard fabrieksinstelling. Wij adviseren je de persoonlijke instellingen van jouw huidige insulinepomp te noteren zodat je deze kunt instellen op de vervangende insulinepomp voordat je deze in gebruik gaat nemen.

08319839001

ACCU-CHEK®